



PL-BY-UA
2014-2020

Projekt: "Pogranicze równych szans" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług społecznych.

KOMUNIKAT nr 2 z 12.04.2022 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1PBU2022 z 06.04.2022 r. ZMIENIONEGO 07.04.2022 r. - DOSTAWA 28 ŁÓŻEK ORTOPEDYCZNYCH/REHABILITACYJNYCH

NR 2022-12860-102513

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 2022-04-10

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.04.2022 r. wniesionym do zapytania ofertowego nr 1PBU/2022 z dnia 06.04.2022 r. zmienionego 07.04.2022 r. pn. Dostawa 28 łóżek ortopedycznych/rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „The Borderland of Equal Chances” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) PLBU.03.01.00-06-0217/17-00, pragnie po weryfikacji odnieść się do zadanego pytania w sposób następujący:

Pytanie numer 3, data wysłania 2022-04-10 21:10:01

Czy zamawiający wymaga aby funkcje Trendelenburga i antytrendelenburga były obsługiwane za pomocą indywidualnych przycisków na pilocie sterującym?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający zmienia Zapytanie ofertowe w rozdziale 3 pkt. 3 Zapytania ofertowego. Zamawiający pragnie wyjaśnić, że w wyniku omyłki pisarskiej użył niewłaściwego sformułowania przy określeniu szczegółowego przedmiotu zamówienia dotyczącego funkcji łóżka, tj. „Kątu przechyłu Trendelenburga: ok. 0 - 10°” i „Kątu przechyłu anty-Trendelenburga: ok. 0 - 10°” w rozdziale 3 pkt 3 zapytania ofertowego z dnia 06.04.2022 r. zmienionego 07.04.2022 r. wskazując jedynie na kąt przechyłu.

Prawidłowe sformułowanie to wymóg, by łóżko ortopedyczne/rehabilitacyjne posiadało elektryczne regulacje za pomocą przycisków na pilocie sterującym funkcji Trendelenburg i anty-Trendelenburg w zakresie ok. 0-10°.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w powyższym zakresie określając posiadanie przez łóżka funkcji Trendelenburg i anty-Trendelenburg w następujący sposób:

„Elektryczna regulacja za pomocą przycisku na pilocie sterującym funkcji anty-Trendelenburg w zakresie ok. 0-10°”.

„Elektryczna regulacja za pomocą przycisku na pilocie sterującym funkcji Trendelenburg w zakresie ok. 0-10°”.

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Lucyna Łukomska

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

lek. med. Maria K...

Z poważaniem